



## Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

### Questionamento 05 -

Prezados, boa tarde. A empresa MC Farma LTDA inscrita no CNPJ 41.098.601/0001-66, interessada em participar do Pregão Eletrônico n° 055/2024, interessada em participar da Prefeitura Municipal de Lagoa Santa/MG, vem respeitosamente solicitar esclarecimentos nas questões abaixo: Em análise do termo de referência do Edital, observamos características que nos trouxeram dúvidas: No item 187 solicita Lancetas Dimensões aproximadas: 0,36mm (diâmetro) Nossa dúvida é: Será aceito Lanceta para coleta de sangue com dimensões de 1.5mm ?

Resposta 05 – Prezados, em relação ao questionamento referente ao item 187, esclarecemos que será aceito somente LANCETA AUTOMÁTICA DESCARTÁVEL PARA TESTE DE GLICEMIA 28G com dimensões aproximadas: 0,36mm (diâmetro). Produto de boa qualidade, estéril, não tóxico, sistema de punção, capilar, de única utilização, embutida em corpo plástico, com trava de segurança que deverá quebrar automaticamente após o uso, botão de disparo deve permanecer comprimido indicando o uso, com retratação automática da agulha e deve estar acondicionado individualmente em embalagem plástica adequada contendo informações gerais, denominação de venda do produto, marca do fabricante, peso/quantidade, data de fabricação, validade e número do lote.