



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA**  
Secretaria Municipal de Gestão

Comunicação Interna nº. 259/2016

Lagoa Santa, 22 de novembro de 2016.

A Assessoria Jurídica

Assunto: **Solicita Parecer impugnação**

**Processo Licitatório nº 0109/2016**  
**Modalidade: Pregão Presencial RP nº 056/2016**  
**Tipo: Menor Preço Por Item**

**OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA DETERMINAÇÃO DE HEMOGRAMA COMPLETO PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SUS DO MUNICÍPIO.**

Prezados,


1. Tendo em vista o pedido de impugnação impetrado pela empresa DGS Locação e Serviços de Equipamentos Médicos Ltda, no Pregão em epígrafe, solicito análise e ulterior emissão de parecer quanto ao pleito da requerente.
2. Saliento que os documentos foram encaminhados via Correio, conforme rastreamento do objeto, anexo, verificou-se que o envelope foi postado dia 17/11/2016 contudo foi entregue na Sede da Prefeitura apenas dia 21/11/2016 no período da tarde.
3. Oportunamente encaminhamos os autos do Processo Licitatório em comento para subsidiar no posicionamento juntamente com o relatório técnico da Secretaria Solicitante.

Atenciosamente,

Cleusa Maria de Lima Castro  
Pregoeira

**DV387668160BR**

O horário apresentado no histórico do objeto não indica quando a situação ocorreu, mas sim quando os dados foram recebidos pelo sistema, exceto no caso do SEDEX 10 e do SEDEX Hoje, em que ele representa o horário real da entrega.



**Objeto saiu para entrega ao destinatário**  
21/11/2016 12:00 Lagoa Santa / MG

21/11/2016 12:00 Lagoa Santa / MG	<b>Objeto saiu para entrega ao destinatário</b>
19/11/2016 09:38 BELO HORIZONTE / MG	<b>Objeto encaminhado</b> de Unidade Operacional em BELO HORIZONTE / MG para Unidade de Distribuição em Lagoa Santa / MG
17/11/2016 21:52 Curitiba / PR	<b>Objeto encaminhado</b> de Unidade Operacional em Curitiba / PR para Unidade Operacional em BELO HORIZONTE / MG
17/11/2016 17:55 Curitiba / PR	<b>Objeto encaminhado</b> de Agência dos Correios em Curitiba / PR para Unidade Operacional em Curitiba / PR
17/11/2016 17:15 Curitiba / PR	<b>Objeto postado</b>

Secretaria  
de Saúde



**LAGOA SANTA**  
PREFEITURA DA CIDADE  
*Democrática e livre, pra você*



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA**  
**Secretaria Municipal de Saúde e Vigilância Sanitária**

**"CIDADE SAUDÁVEL, CIDADE FELIZ".**

**"O trabalho em equipe, a organização e o empenho, nortearão o desejo de mudança e a busca constante da qualidade."**

CI: 075

DE: Heloisa/ Laboratório Municipal Lagoa Santa

PARA: Licitação/ Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

DATA: 21/11/2016

Despacho do Setor / Secretaria em \_\_\_\_/\_\_\_\_/2016

Assinatura

Referência: Processo Licitatório nº 0109/2016

Modalidade: Pregão Presencial RP nº 056/2016

**OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA DETERMINAÇÃO DE HEMOGRAMA COMPLETO PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SUS DO MUNICÍPIO, conforme mencionado no Anexo I, parte integrante deste Edital.**

### PARECER TÉCNICO IMPUGNAÇÃO

Venho através desta, dar meu parecer técnico a respeito da impugnação por parte da empresa DGS Locação e Serviços de Equipamentos Médicos Ltda, do pregão de número 56/2016 promovido pela Prefeitura Municipal de Lagoa Santa, para o registro de preço no fornecimento de reagentes de Hemograma Completo, informo que a produtividade de 110 Hemogramas por hora/ MODO automático/CBC/DIFF, foi colocada depois de uma análise de nossa demanda diária onde cobrimos toda a demanda do município, do Pronto Atendimento Médico e Santa Casa, além disso, somos o único Laboratório no Município a liberar todos os exames a partir das 15 horas do mesmo dia, o que facilita e agiliza o diagnóstico médico, sendo uma ferramenta imprescindível na agilidade do diagnóstico da dengue em época de surto, fato que nos torna referencia na execução de hemograma neste período em comparação até mesmo aos laboratórios particulares do município, o aparelho faz a urgência e rotina ao mesmo tempo, o que requer agilidade além de maior capacidade de testes por hora, o objetivo desta demanda não é restringir a participação de outras empresas, mas sim assegurar a agilidade, segurança e capacidade para o maior numeram possível de testes por hora, uma vez que temos uma enorme demanda de exames de hemograma e liberamos todos os resultados no mesmo dia a partir das 15 horas para melhor atender a população, um aparelho com uma menor capacidade de testes/ hora comprometeria toda a nossa logística.

Juntamente de acordo com RDC 302/2005 publicada pela ANVISA, cabe ao Responsável Técnico, planejar, implementar e garantir a qualidade dos processos, justamente por este ser o profissional que conhece as particularidades de seu laboratório, região e população atendidas, sendo assim, não cabe a impugnante ditar as necessidades do laboratório

Att,

**HELOISA GONÇALVES TOMAZZI CARDOSO**  
**BIOMÉDICA. CRBM: 5.889**

**Responsável Técnica pelo Laboratório Municipal de Lagoa Santa**

Rua Acadêmico Nilo Figueiredo nº 2 500 – Bairro: Santos Dumont – Lagoa Santa/MG - CEP: 33400-000 - Tel: (31) 3688-1300  
www.lagoasanta.mg.gov.br e-mail: ugi@lagoasanta.mg.gov.br