



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA**  
**COORDENAÇÃO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS**

**DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO**

**Processo Licitatório n° 031/2017**  
**Modalidade: Pregão Presencial RP n° 019/2017**  
**Tipo: Menor Preço Por Ítem**

**OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE RECARGA DE OXIGÊNIO, COM COMODATO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO E LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MONTAGEM E MANUTENÇÃO TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA.**

<b>FICHA</b>	<b>DOTAÇÃO</b>
<b>626</b>	<b>02.06.02.10.301.0015.2063.3.3.90.39.00</b>
<b>651</b>	<b>02.06.02.10.301.0015.2068.3.3.90.39.00</b>
<b>695</b>	<b>02.06.02.10.302.0016.2215.3.3.90.39.00</b>
<b>715</b>	<b>02.06.02.10.303.0016.2212.3.3.90.39.00</b>

Tendo transcorrido regularmente o processo licitatório em referência, conforme parecer jurídico datado em 02/06/2016, e depois de cumpridas todas as suas fases legais e administrativas com Fundamentação Legal na Lei 10.520/02, subsidiada pela Lei 8.666/93, HOMOLOGO o procedimento no qual foi adjudicado o item as empresas vencedoras:

<b>Empresa: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA</b> <b>CNPJ: 00.331.788/0031-34</b>						
<b>TEM</b>	<b>QUANT</b>	<b>UND</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO</b>	<b>MARCA /MODELO</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO (R\$)</b>	<b>PREÇO TOTAL (R\$)</b>
2	500	M3	RECARGA OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICINAL: GÁS INCOLOR, ALTAMENTE OXIDANTE COMPRIMIDO A ALTAS PRESSÕES. PUREZA MÍNIMA 99,5%. NÚMERO ONU 1072, PESO MOLECULAR 32,00, DENSIDADE RELATIVA 1105, TEMPERATURA CRÍTICA 118,4°C PRESSÃO CRÍTICA 651,82 KGF/CM <sup>2</sup> FÓRMULA QUÍMICA O <sub>2</sub> , FORNECIMENTO EM CILINDROS. CARGA CILINDRO DE 8 A 10 M <sup>3</sup> .	AirLiquide Brasil Ltda Modelo B40 e B50 Marca regulador e fluxometro Airliquide Medical System S.A - Modelo Selectaflo Registro no Ministerio da Saúde 80204419009	R\$ 5,00	R\$ 2.500,00
3	300	M3	RECARGA OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICINAL: GÁS INCOLOR, ALTAMENTE OXIDANTE COMPRIMIDO A ALTAS PRESSÕES. PUREZA MÍNIMA 99,5%. NÚMERO ONU 1072, PESO MOLECULAR 32,00, DENSIDADE RELATIVA 1105,	AirLiquide Brasil Ltda Modelo B20 Marca regulador e fluxometro Airliquide	R\$ 9,70	R\$ 2.910,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA**  
**COORDENAÇÃO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS**

			<p>TEMPERATURA CRÍTICA 118,4°C          PRESSÃO CRÍTICA 651,82 KGF/CM<sup>2</sup>          FÓRMULA QUÍMICA O<sub>2</sub>,          FORNECIMENTO EM CILINDROS.          CARGA CILINDRO COM 4 A 6 M<sup>3</sup>.</p>	<p>Medical          System S.A -          Modelo          Selectaflo          Registro no          Ministerio da          Saúde          80204419009</p>		
4	420	M	<p>LOCACAO DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO ENTRE 87 E 96%; FLUXO DE 0,5 A 5 LITROS POR MINUTO, SITEMA INDICADOR DE PUREZA DE OXIGÊNIO, SISTEMA DE DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO PARA SOBRECARGA, ALTA TEMPERATURA E ALTA TENSÃO, GABINETE EM PLÁSTICO RESISTENTE A FOGO E SISTEMA DE ALARME PARA FALTA DE ELETRICIDADE, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 110V/60 HZ. CADA KIT DEVE POSSUIR AS SEGUINTESS CONFIGURAÇÕES MINÍMAS: CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO, VALVULAS REGULADORAS COM MANÔMETRO, FLUXÔMETRO PARA OS CILINDROS DE OXIGÊNIO, DOTADAS DE ADAPTADOR DE SAÍDA, ÓCULOS NASAIS, UMIDIFICADORES PARA CONCENTRADOR. ESPECIFICAÇÕES E COMPONENTES DO KIT DE OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR: 1 - CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO, COM VASÃO MÁXIMA DE 5 L/MIN, TENDO UM CONSUMO PREVISTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELO PERÍODO DE 24 HORAS DIÁRIAS DE 324 KWH POR MÊS, OU SEJA, 450 W POR HORA, PARA EQUIPAMENTO 120 VCA; 273,6 KWH POR MÊS, OU SEJA, 380 W POR HORA PARA EQUIPAMENTO 230 VCA.2- UMIDIFICADOR - É NECESSARIO PARA CONEXÃO DO CATETÉR NASAL NO EQUIPAMENTO ALÉM DA UMIDIFICAÇÃO DO OXIGÊNIO QUE SERÁ OFERTADO PARA O PACIENTE, SENDO ENTÃO NECESSÁRIO UM UMIDIFICADOR PARA CADA CONCENTRADOR LOCADO. RECOMENDA-SE A SUBSTITUIÇÃO A CADA 60 (SESSENTA) DIAS. 3- CANULA/CATÉTER NASAL - SILICONIZADA OBS: RECOMENDA-SE</p>	<p>Marca          concentrador          Phillips          Modelo          Concentrador          Everflo          Registro          Ministério da          Saúde          80204419009          Marca do          regulador e          fluxometro          medical          system S.A -          Modelo          Sectaflo          registro no          ministério da          saúde          80204419009          Marca do          umidificador          de oxigênio          Besmed</p>	R\$ 99,00	R\$ 41.580,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA**  
**COORDENAÇÃO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS**

			A SUBSTITUIÇÃO DO CATÉTER A CADA 30 (TRINTA) DIAS; SENDO NECESSÁRIO, UMA CÂNULA PARA CADA CONCENTRADOR LOCADO.			
--	--	--	--	--	--	--

**Valor Total R\$ 46.990,00 (Quarenta e seis mil, novecentos e noventa reais)**

**Empresa: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA**  
**CNPJ: 35.820.448/0030-70**

TEM	QUANT	UND	ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO	MARCA	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1	180	M3	RECARGA OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICINAL: GÁS INCOLOR, ALTAMENTE OXIDANTE COMPRIMIDO A ALTAS PRESSÕES. PUREZA MÍNIMA 99,5%. NÚMERO ONU 1072, PESO MOLECULAR 32,00, DENSIDADE RELATIVA 1105, TEMPERATURA CRÍTICA 118,4°C PRESSÃO CRÍTICA 651,82 KGF/CM <sup>2</sup> FÓRMULA QUÍMICA O <sub>2</sub> , FORNECIMENTO EM CILINDROS. CARGA CILINDRO DE 0,6 A 1 M <sup>3</sup>	WHITE MARTINS	R\$ 40,00	R\$ 7.200,00

**Valor Total R\$ R\$ 7.200,00 (Sete Mil e duzentos Reais)**

Lagoa Santa, 12 de Junho de 2017.

**Gilson de Araújo Urbano**  
**Secretário Municipal de Saúde e Vigilância Sanitária**